



# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

## Испытательная лаборатория

---

наименование испытательной лаборатории

**RA.RU.21A364**

---

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 610005, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, переулок Искожевский, дом 16,  
пом. 1002, 1003.**

---

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

**610005, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, переулок Искожевский, дом 16, пом. 1002, 1003.**

адреса мест осуществления деятельности

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
<b>1. Испытания (исследования), измерения продукции</b>						
1.1.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические;	26.60.11.113;	-	Общая фильтрация	- от 0,5 до 38 (мм Al)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Совпадение радиационного и световых полей	- от 20 до 230 (мм)
					Система автоматического управления мощностью экспозиционной дозы	- от 0,01 до 4,00 (ед.)
					Разрешение (пространственное разрешение)	- от 0,6 до 5 (пара лин./мм)



N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п.7.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические;	26.60.11.113;	-	Томографическая траектория	- от 0 до 500 (мм)
1.3.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические;	26.60.11.113;	-	Разрешающая способность	- от 0,6 до 5 (пара линий/мм)
1.4.	ГОСТ ИЕС 61262-1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (В части: Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения);	26.60.11.130;	-	Номинальный размер входного поля	- от 40 до 300 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для использования в стоматологии, основанные на действии рентгеновского излучения;	26.60.11.114;	-	Низкоконтрастное разрешение	- от 1 до 2,5 (мм)
					Общая фильтрация	- от 0,5 до 38 (мм Al)
					Разрешение (пространственное разрешение)	- от 2,0 до 20 (пара лин./мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Анодное напряжение	- от 35 до 160 (кВ)
1.6.	ФР.1.40.2016.22689; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки (В части: Средства радиационной защиты: индивидуальные, передвижные);	32.99.11.199;	-	Кратность ослабления рентгеновского излучения	- от 1 до 1000000 (отн. ед)
					Мощность амбиентной эквивалентной дозы рентгеновского излучения	- от 0,00000005 до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Свинцовый эквивалент ослабления защитных материалов	- от 0,1 до 3,0 (мм Рв)
1.7.	MP 0100/12883-07:34; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические;	26.60.11.113;	-	Радиационный выход	Расчетный показатель: -
					Поглощенная доза рентгеновского излучения	- от 0,00000001 до 9999 (Гр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ФВКМ.412118.004РЭ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические;	26.60.11.113;	-	Анодное напряжение	- от 35 до 160 (кВ)
					Анодный ток	- от 0,001 до 2000 (мА)
					Поглощенная доза	- от 0,00000001 до 9999 (Гр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Произведение ток-время (количество электричества)	- от 0,001 до 9999 (мАс)
					Слой половинного ослабления	- от 1,0 до 14,0 (мм АI)
					анодное напряжение (рентгеновские аппараты для маммографии)	- от 22 до 40 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Длительность экспозиции	- от 0,001 до 999,9 (с)
1.9.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (В части: Рентгеновские аппараты для маммографии);	26.60.11.113;	-	Оптическая плотность	- от 0,01 до 4,00 (Б)
					Структурные артефакты	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Размытость изображения движущегося отсеивающегося раstra	- от 0,01 до 4,00 (единиц оптической плотности)
					Анодное напряжение	- от 22 до 40 (кВ)
1.10.	ГОСТ 28603, п.3.3-3.9; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии (Медицинские аппараты коротковолновой (УВЧ) терапии);	26.60.13.130;	-	Выходная мощность	- от 3 до 200 (Вт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Рабочая частота	- от 10 до 45000000 (Гц)
1.11.	ТШАУ.411519.008 РЭ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии (Медицинские аппараты коротковолновой (УВЧ) терапии);	26.60.13.130;	-	Мощность, поглощаемая эквивалентом нагрузки, на частотах от 5 МГц до 45 МГц	- от 3 до 200 (Вт)
					Частота электромагнитного поля	- от 10 до 45000000 (Гц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ Р 50267.2.54, п.203.6.3.2.102 с; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопические, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные) (аналоговые и цифровые): -общедиагностические; -флюорографические; -хирургические; -урологические; -литотрипторы)	26.60.11.113;	-	Плотность при автоматическом управлении экспозиционной дозой для прямой рентгенографии	- от 0,01 до 4,00 (Б)
1.13.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65, п.203.6.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские стоматологические (дентальные) интраоральные);	26.60.11.113;	-	Анодное напряжение	- от 35 до 160 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45, п.203.6.4.3.103.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские для маммографии);	26.60.11.113;	-	Длительность экспозиции	- от 0,001 до 999,9 (с)
					Точность времени нагрузки	- от 0 до 10 (%) от 0,0001 до 2000 (с)
1.15.	ГОСТ 26141, п.3.5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения);	26.60.11.130;	-	Диаметр основного рабочего поля	- от 40 до 300 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ 26141, п.3.6; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (Электронно-оптические усилители рентгеновского изображения);	26.60.11.130;	-	Дисторсия	- от 0 до 20 (%)
1.17.	ГОСТ Р 50267.2.54, п. 203.6.3.2.102б, метод оценки оптической плотности; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Рентгеновские аппараты для прямой рентгенографии, кроме рентгеновских аппаратов, предназначенных для маммографии, стоматологии, костной и тканевой денситометрии, компьютерной томографии);	26.60.11.113;	-	Воспроизводимость автоматического управления экспозиционной дозой для прямой рентгенографии	Расчетный показатель: - от 0 до 1
1.18.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п.5.6, рисунок 1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию	26.60.11.130;	-	Линейность переданной кермы	Расчетный показатель: - от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		(Элементы рентгеновского аппарата);			Воспроизводимость переданной кермы	Расчетный показатель: - от 0 до 1
1.19.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п.5.8.3.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (Элементы рентгеновского аппарата);	26.60.11.130;	-	Время нагрузки	- от 0,2 до 360 (с)
1.20.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п.6.8, рисунок 1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (Элементы рентгеновского аппарата для рентгеноскопии);	26.60.11.130;	-	Мощность воздушной кермы на входной плоскости усилителя рентгеновского изображения (УРИ)	- от 0,000000015 до 0,45 (Гр/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, п.6.13.2, рисунок 2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Рентгеновские аппараты для рентгеноскопии с УРИ, для кинорентгенографии или для других систем не прямой рентгенографии (за исключением цифровых));	26.60.11.113;	-	Низкоконтрастное разрешение	- от 0,5 до 3,0 (%)
1.22.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2, п.5.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Рентгеновские аппараты для маммографии);	26.60.11.113;	-	Общая фильтрация	- от 0,19 до 0,7 (мм Al)
1.23.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2, п.5.6; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Рентгеновские аппараты для маммографии);	26.60.11.113;	-	Линейность переданной кермы	Расчетный показатель: - от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4, п.5.7, рисунок 1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для использования в стоматологии, основанные на действии рентгеновского излучения (Дентальные рентгеновские аппараты с интраоральным приемником рентгеновского излучения);	26.60.11.114;	-	Воспроизводимость переданной кермы	Расчетный показатель: - от 0 до 1
1.25.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4, п.6.7, рисунок 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты для использования в стоматологии, основанные на действии рентгеновского излучения (Дентальные панорамные рентгеновские аппараты с экстраоральным приемником рентгеновского излучения);	26.60.11.114;	-	Воспроизводимость радиационного выхода	Расчетный показатель: - от 0 до 1
1.26.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п.5.1.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Томографы компьютерные;	26.60.11.111;	-	Позиционирование стола пациента	- от 1 до 499 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п.5.3.1.3, п.5.3.1.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Томографы компьютерные;	26.60.11.111;	-	Томографическая толщина среза	- от 0,5 до 10 (мм)
1.28.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п.5.5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Томографы компьютерные;	26.60.11.111;	-	Шум	- от 0 до 1000 (Hu)
					Среднее число КТ единиц	- от -1000 до +1000 (Hu)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Однородность	- от -1000 до +1000 (Hz)
1.29.	ГОСТ ИЕС 60601-2-7, п.50.102.2.b; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (Рентгеновские питающие устройства диагностических рентгеновских генераторов, кроме рентгеновских питающих устройств с накопительными конденсаторами для маммографии для реконструктивной томографии);	26.60.11.130;	-	Постоянство при автоматическом управлении экспозиционной дозой	Расчетный показатель: - от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ ИЕС 60601-2-7, п.50.104.1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (Рентгеновские питающие устройства диагностических рентгеновских генераторов, кроме рентгеновских питающих устройств с накопительными конденсаторами для маммографии для реконструктивной томографии);	26.60.11.130;	-	Анодное напряжение	- от 36 до 153 (кВ)
1.31.	ГОСТ ИЕС 60601-2-7, п.50.104.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (Рентгеновские питающие устройства диагностических рентгеновских генераторов, кроме рентгеновских питающих устройств с	26.60.11.130;	-	Анодный ток	- от 10 до 4000 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		накопительными конденсаторами для маммографии для реконструктивной томографии);				
1.32.	ГОСТ ИЕС 60601-2-7, п.50.104.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (Рентгеновские питающие устройства диагностических рентгеновских генераторов, кроме рентгеновских питающих устройств с накопительными конденсаторами для маммографии для реконструктивной томографии);	26.60.11.130;	-	Время облучения	- от 0,0001 до 2000 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ ИЕС 60601-2-7, п.50.104.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (Рентгеновские питающие устройства диагностических рентгеновских генераторов, кроме рентгеновских питающих устройств с накопительными конденсаторами для маммографии для реконструктивной томографии);	26.60.11.130;	-	Произведение ток - время	- от 0,1 до 9999 (мАс)
1.34.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9, п.5.3, п.5.2.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Аппараты непрямо́й рентгено́скопии и непрямо́й рентгено́графии (без цифровых устройств визуализации изображения));	26.60.11.113;	-	Пороговый контраст для деталей большого размера	- от 0,5 до 3,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11, п.5.1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Аппараты прямой рентгенографии без цифровых устройств визуализации изображения, кроме маммографических и дентальных рентгеновских аппаратов);	26.60.11.113;	-	Выходное излучение из блока источника рентгеновского излучения	- от 0,000000015 до 1000 (Гр)
1.36.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11, п.5.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Аппараты прямой рентгенографии без цифровых устройств визуализации изображения, кроме маммографических и дентальных рентгеновских аппаратов);	26.60.11.113;	-	Перпендикулярность оси пучка излучения к плоскости приемника изображения	- от 0 до 4,6 (°)
					Совпадение радиационного и светового полей	- от 0 до 180 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3, п. 12.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические;	26.60.11.113;	-	Излучение утечки в нагруженном состоянии	- от 0,000054 до 1620 (Гр/ч)
1.38.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45, п.203.6.3.1.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские для маммографии);	26.60.11.113;	-	Линейность воздушной кермы	Расчетный показатель: - от 0 до 1
1.39.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45, п.203.6.4.3.103.1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские для маммографии);	26.60.11.113;	-	Воспроизводимость анодного напряжения	Расчетный показатель: - от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45, п.203.9; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические (Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгеновские для маммографии);	26.60.11.113;	-	Расстояние фокус-кожа	- от 1 до 2999 (мм)
1.41.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44, п.203.109; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Томографы компьютерные;	26.60.11.111;	-	Доза	- от 0,0000000015 до 22000 (Гр)
1.42.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6, п.5.1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Томографы компьютерные;	26.60.11.111;	-	Однородность	- от минус 1000 до плюс 1000 (Hu)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.					Среднее число КТ единиц	- от минус 1000 до плюс 1000 (Hu)
					Шум	- от 0 до 1000 (Hu)
1.43.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6, п.5.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Томографы компьютерные;	26.60.11.111;	-	Разрешение (пространственное разрешение)	- от 4 до 12 (пара лин./см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6, п.5.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Томографы компьютерные;	26.60.11.111;	-	Толщина слоя	- от 0,5 до 10 (мм)
1.45.	ГОСТ Р МЭК 61223-2-6, п.5.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Томографы компьютерные;	26.60.11.111;	-	Доза	- от 0,0000000015 до 22000 (Гр)
1.46.	ФВКМ.412118.011РЭ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты рентгенографические;	26.60.11.113;	-	Мощность кермы в воздухе	- от 0,000000015 до 0,450 (Гр/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.					Слой половинного ослабления (для МАМ)	- от 0,19 до 0,7 (мм А1)
					Слой половинного ослабления	- от 1,2 до 14 (мм А1)
					Произведение анодного тока на время экспозиции	- от 0,1 до 9999 (мАс)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.					Полная фильтрация	- от 1,5 до 38 (мм Al)
					Керма в воздухе	- от 0,000000015 до 1500 (Гр)
					Время экспозиции	- от 0,0001 до 2000 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.					Анодный ток	- от 10 до 4000 (мА)
					Анодное напряжение	- от 19 до 153 (кВ)
1.47.	Частотомер электронно-счетный GFC-8010H. Руководство по эксплуатации; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты ультразвуковой терапии; Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии (Аппараты для низкочастотной терапии);	26.60.13.150;26.60.13.130	-	Частота (период)	- от 0,1 до 120000000 (Гц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	Осциллограф-мультиметр АКИП-4125/1А. Руководство по эксплуатации; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии (Аппараты для гальванизации и электрофореза. Аппараты для низкочастотной терапии.);	26.60.13.130;	-	Сила тока	- от 0,01 до 600 (мА)
1.49.	АВНР.411175.001 РЭ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты магнитотерапии;	26.60.13.160;	-	Магнитная индукция импульсного магнитного поля	- от 0,1 до 1999 (мТл)
					Магнитная индукция переменного магнитного поля	- от 0,1 до 1999 (мТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.					Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0,1 до 1999 (мТл)
1.50.	АТУД.411636.001 ПС; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты лазерной терапии (Лазерные терапевтические аппараты, импульсные и непрерывные лазеры и светодиоды);	26.60.13.170;	-	Длительность импульса	- от 50 до 200 (нс)
					Максимальная мощность амплитудно- модулированного излучения	- от 1 до 400 (мВт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.					Максимальная мощность импульсного лазерного излучения	- от 0,5 до 50 (Вт)
					Средняя мощность импульсного лазерного излучения	- от 0,5 до 100 (мВт)
					Средняя мощность непрерывного и амплитудно- модулированного излучения	- от 1 до 400 (мВт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.					Частота импульсного лазерного излучения	- от 25 до 9999 (Гц)
					Частота следования импульсов амплитудно-модулированного излучения	- от 30 до 3000 (Гц)
1.51.	ВЮСК.411152.001РЭ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки (Дефибрилляторы; Дефибрилляторы-мониторы)	26.60.13.190;	-	Энергия высоковольтного импульса при амплитуде импульса до 2 кВ и длительности (0,1-20) мс	- от 5 до 50 (Дж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.					Энергия высоковольтного импульса при амплитуде импульса от 2 кВ до 8 кВ и длительности (0,1-20) мс	- от 50 до 650 (Дж)
1.52.	Секундомер механический СОСпр-26-2-000. Паспорт; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии (Аппараты для УВЧ-терапии; Аппараты для низкочастотной терапии) Аппараты лазерной терапии (Лазерные терапевтические аппараты, импульсные и непрерывные лазеры и светодиоды); Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки (Дефибрилляторы; Дефибрилляторы-мониторы) Аппараты ультразвуковой терапии; Аппараты дыхательные реанимационные; Аппараты для ингаляционного наркоза;	26.60.13.130;26.60.13.170;26.60.13.190;26.60.13.150;32.50.21.122;32.50.21.121	-	Интервал времени	- от 0,2 до 360 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ФВКМ.412118.011РЭ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Томографы компьютерные;	26.60.11.111;	-	<p>Расчетный показатель: индекс дозы КТ (CTDI, CTDI100, CTDIw, CTDIvol). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: керма в воздухе</p> <hr/> <p>Керма в воздухе</p>	<p>Расчетный показатель: -</p> <hr/> <p>- от 0,0000000015 до 22000 (Гр)</p>
1.54.	ГОСТ Р МЭК 61223-3-5, п.5.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Томографы компьютерные;	26.60.11.111;	-	Объемный компьютерно-томографический индекс дозы CTDIvol	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	ТФАП.413412.022 РЭ и ПС; Технический контроль состояния; методы технического контроля состояния без уточнения;	Аппараты дыхательные реанимационные; Аппараты для ингаляционного наркоза; Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки (Концентраторы кислорода);	32.50.21.122;32.50.21.121;32.50.21.129	-	Объемная доля кислорода	- от 0 до 100 (%)
1.56.	Краткое руководство пользователя testo 510; Технический контроль состояния; методы технического контроля состояния без уточнения;	Аппараты дыхательные реанимационные; Аппараты для ингаляционного наркоза;	32.50.21.122;32.50.21.121	-	Дифференциальное давление	- от 0 до 100 (гПа)
1.57.	Руководство пользователя testo 460; Технический контроль состояния; методы технического контроля состояния без уточнения;	Центрифуги медицинские;	28.29.41.110;	-	Частота вращения (скорость вращения)	- от 100 до 30000 (об/мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	ГОСТ ИЕС 62220-1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию (Цифровые приемники рентгеновского изображения (проекционного типа, которые используются в медицинской рентгенодиагностике (системы для компьютерной рентгенографии (СР системы), системы на основе селена, детекторы в виде плоских панелей, системы на основе ПЗС-матриц и цифровые усилители рентгеновского изображения, используемые для рентгенографии);	26.60.11.130;	-	Квантовая эффективность регистрации (DQE)	- от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	ФР.1.38.2021.40260; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки (передвижные и индивидуальные средства защиты, применяемые при проведении рентгенологических исследований);	32.99.11.199;	-	<p>Мощность кермы в воздухе</p> <p>Свинцовый эквивалент</p> <p>Кратность ослабления</p>	<p>- от 0,000000015 до 0,45 (Гр/с)</p> <p>- от 0,09 до 1,5 (мм Pb)</p> <p>Расчетный показатель: -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
<b>2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды</b>						
2.1.	ГОСТ 12.1.045;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
2.2.	МУК 4.3.2491-09;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Индукция переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,01 до 5,0 (мТл)
					Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 50 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	ГОСТ 12.1.002;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 49 - 51 Гц	- от 0,05 до 50 (кВ/м)
2.4.	БВЕК 431440.04 РЭ;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;Жилые помещения и общественные здания;Селитебная территория	-	-	Индукция переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,01 до 5,0 (мТл)
					Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 50 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	МГФК.410000.001 РЭ;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
2.6.	БВЕК 431440.08.04 РЭ;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места (Рабочие места пользователей персональными компьютерами (ПК) и другими средствами информационно- коммуникационных технологий (ИКТ));	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц - < 400 кГц	- от 4 до 400 (мА/м) от 5 до 500 (нТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 0,05 до 4 (А/м) от 0,0625 до 5 (мкТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц - < 400 кГц	- от 0,5 до 40 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 5 до 1000 (В/м)
2.7.	ИУШЯ.411153.087 РЭ;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электрического поля диапазона частот от 0,03 МГц до 0,1 МГц	- от 4 до 600 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Напряженность электрического поля диапазона частот от 0,1 МГц до 300 МГц	- от 2 до 600 (В/м)
					Напряженность электрического поля диапазона частот от 0,3 ГГц до 40 ГГц	- от 1 до 615 (В/м)
					Плотность потока энергии электромагнитного поля диапазона частот от 0,3 ГГц до 40 ГГц	- от 0,265 до 100000 (мкВт/см <sup>2</sup> )

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.	Руководство по эксплуатации «ТКА-ПКМ» (12);Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)	- от 1 до 20000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.	Руководства по эксплуатации: «ТКА-ПКМ (09)», «ТКА-ПКМ (41)»;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
					Яркость в видимой области спектра (380-760) нм	- от 10 до 200000 (кд/м <sup>2</sup> )
2.10.	ГОСТ 30494;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Температура воздуха	- от -40 до +85 (°C)
2.11.	БВЕК.431110.04РЭ;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;Жилые помещения и общественные здания;Производственные помещения	-	-	Давление воздуха	- от 80 до 110 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Температура воздуха	- от -40 до +85 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.	ГОСТ 12.4.077;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Средние уровни звукового давления	- от 30 до 150 (дБ)
					Третьоктавные уровни звукового давления	- от 30 до 150 (дБ)
2.13.	БВЕК.438150-005РЭ;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Вибрация локальная (виброускорение), скорректированные и эквивалентные скорректированные значения и их уровни	- от 70 до 170 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Вибрация общая (виброускорение), корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни	- от 70 до 170 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 30 до 140 (дБА)
					Общий уровень звукового давления инфразвука	- от 30 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Средние уровни звукового давления	- от 30 до 150 (дБ)
					Третьоктавные уровни звукового давления	- от 30 до 150 (дБ)
					Уровень звука (эквивалентный уровень звука)	- от 30 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот в диапазонах звука	- от 30 до 140 (дБ)
					Эквивалентный общий (линейный) уровень звукового давления	- от 30 до 150 (дБ)
2.14.	ГОСТ 33393;Измерение параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.	МУ 2.6.1.3015-12;Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Персонал;	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы в диапазоне энергий фотонного излучения от 15 кэВ до 10 МэВ	- от 0,00005 до 10 (Зв)
2.16.	Руководство по эксплуатации ЖБИТ 1.280.001РЭ «Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный АКИДК-201»;Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Персонал;	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы в диапазоне энергий фотонного излучения от 15 кэВ до 10 МэВ	- от 0,00005 до 10 (Зв)
2.17.	Руководство по эксплуатации «Комплект дозиметров ДТЛ-01 для измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения, входящие в комплекс АКИДК-201»;Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Персонал;	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы в диапазоне энергий фотонного излучения от 15 кэВ до 10 МэВ	- от 0,00005 до 10 (Зв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.	ГОСТ ISO 9612;Измерение параметров физических факторов; Измерение шума, звука;	Рабочие места;	-	-	<p>Максимальный уровень звука</p> <p>Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот</p> <p>Эквивалентный уровень звука</p>	<p>- от 30 до 140 (дБ)</p> <p>- от 30 до 140 (дБ)</p> <p>- от 30 до 140 (дБ)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.	ГОСТ 24940, п.4, п.5, п.6.1, п.7.1;Измерение параметров физических факторов; Измерение освещенности;	Рабочие места;Производственные помещения	-	-	Освещенность от искусственного освещения	- от 10 до 200000 (лк)
2.20.	ФР.1.34.2021.39109;Измерени е параметров физических факторов; Прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц - < 400 кГц	- от 5 до 500 (нТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 0,0625 до 5 (мкТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц - < 400 кГц	- от 0,5 до 40 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.					Плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3-40 ГГц	- от 0,265 до 100000 (мкВт/см <sup>2</sup> )
2.21.	МИ СС.09-2021 ГСИ. Световая среда. Метод измерений показателей световой среды. Методика измерений показателей световой среды на рабочих местах, в помещениях и оконных конструкциях жилых и общественных зданий (сооружений), селитебной территории (ФР.1.37.2021.40824);Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;Жилые помещения и общественные здания;Производственные помещения	-	-	Интенсивность облучения (энергетической освещенности) от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ-С)	- от 1 до 20000 (мВт/м <sup>2</sup> )
					Интенсивность облучения (энергетической освещенности) от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ-В)	- от 10 до 60000 (мВт/м <sup>2</sup> )

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.					Интенсивность облучения (энергетической освещенности) от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 400 до 315 нм (УФ-А)	- от 10 до 60000 (мВт/м <sup>2</sup> )
					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Минимальная освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.					Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
					Средняя освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
					Яркость рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (кд/м <sup>2</sup> )

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
<b>3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды</b>						
3.1.	ГОСТ 12.3.018;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения	Вентиляционные системы;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 30,0 (м/с)
3.2.	ФР.1.40.2016.22691;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Территории, прилегающие к источникам излучений;	-	-	Амбиентная доза (АД) рентгеновского и гамма-излучения	- от 0,00000005 до 10 (Зв)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАД) гамма- и рентгеновского излучений	- от 0,00000005 до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАД) импульсного излучения	- от 0,000001 до 10 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАД) кратковременно действующего излучения	- от 0,000005 до 10 (Зв/ч)
					Эффективная мощность дозы	- от 0,0000001 до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	МУ 2.6.1.2944-11; Расчетный метод; расчетный метод	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки);	-	-	Эффективная доза облучения пациентов	Расчетный показатель: -
3.4.	МУ 2.6.1.2135-06; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Территории, прилегающие к источникам излучений;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,00000005 до 10 (Зв/ч)
					Мощность эффективной дозы	- от 0,00000005 до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МУ 2.6.1.2500-09; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Территории, прилегающие к источникам излучений;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,00000005 до 10 (Зв/ч)
					Мощность эффективной дозы	- от 0,00000005 до 10 (Зв/ч)
3.6.	ГОСТ 34060, п.10.4; Аэродинамические исследования (испытания); методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения	Вентиляционные системы;	-	-	Расход воздуха	- от 0,11 до 72000 (м <sup>3</sup> /ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Скорость движения воздуха	- от 0,3 до 20 (м/с)
3.7.	<p>МР 4.3.0212-20, п.3.2-3.3;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения</p>	Вентиляционные системы;	-	-	Кратность воздухообмена	Расчетный показатель: -
					Производительность	- от 0,072 до 18000 (м³/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Скорость воздушного потока	- от 0,2 до 5,0 (м/с)
3.8.	МУК 2.6.1.3829-22; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Помещения/Здания, имеющие источник излучения (в т.ч. рентгеновские установки); Территории, прилегающие к источникам излучений;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного рентгеновского и гамма-излучения	- от 0,0000001 до 10 (Зв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы кратковременно действующего непрерывного рентгеновского и гамма-излучения	- от 0,000005 до 10 (Зв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					<p>Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения</p> <p>Мощность эффективной дозы</p>	<p>- от 0,00000005 до 10 (Зв/ч)</p> <p>Расчетный показатель: -</p>

Директор ООО "Медицинская техника"

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного лица

Э.Ю.Родыгин

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия уполномоченного лица